

ООО "Альгимед Техно"

Адрес производства: 220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309,
тел. +375 29 893 14 44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com

| | |
|-------------------------------|---|
| Паспорт № | 59 |
| Наименование изделия: | Пробирки «AL-TUBE» для ЛАЛ-теста 12x75 мм |
| Номер серии: | 242020 |
| Дата изготовления: | 20.11.2020 |
| Количество штук: | 4000 |
| Испытания проведены по НД: ТУ | ТУ ВУ 193208315.002-2019 |

| Наименование показателя | Нормативные характеристики | Результаты анализа |
|---|--|--------------------|
| Внешний вид | Пробирки из бесцветного стекла (боросиликатного или нейтрального стекла), круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений | Соответствуют |
| Геометрические параметры: диаметр Ø* высота h, мм | 12±0,6 x 75±0,9 мм | 12,5 x 75,4 мм |
| Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл | Менее 0,005 ЕЭ/мл | Менее 0,005 ЕЭ/мл |
| Комплектность, маркировка, упаковка | Должны соответствовать требованиям ТУ | Соответствуют |

Заключение: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре плюс 2-30 С

Срок годности неограничен при условии соблюдения целостности упаковки.

Заместитель директора по производству

Позняк А. А.

