

ООО "Альгимед Техно"

Адрес производства: 220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22,
тел. 202-43-01, факс 202-43-38

Сайт: www.algimed.by Почта: techno@algimed.by

Паспорт № 35
 Наименование изделия:
 Пробирки «AL-TUBE» для ЛАЛ-теста 13x100 мм
 Номер серии: 022020
 Дата изготовления: 12.02.20
 Количество штук: 15000
 Испытания проведены по НД: ТУ ТУ ВУ 193208315.002-2019

| Наименование показателя | Нормативные характеристики | Результаты анализа |
|--|---|--------------------|
| Внешний вид | Пробирки из бесцветного стекла(боросиликатного или нейтрального стекла), круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений | Соответствуют |
| Геометрические параметры: диаметр Ø * высота h, мм | 13±0,6 x 100±0,9 мм | 13,6 x 99,8 мм |
| Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл | Менее 0,005 ЕЭ/мл | Менее 0,005 ЕЭ/мл |
| Комплектность, маркировка, упаковка | Должны соответствовать требованиям ТУ | Соответствуют |

Заключение: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре плюс 2-30 С

Срок годности неограничен при условии соблюдения целостности упаковки

Заместитель директора по производству



Позняк А. А.