

ООО "Альгимед Техно"

Адрес производства: 220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309,
тел. 202-43-01, факс 202-43-38

Сайт: www.algimed.by Почта: lab@algimed.by

Паспорт № 47
Наименование изделия:
Пробирки «AL-TUBE» для ЛАЛ-теста 13x100 мм
Номер серии: 142020
Дата изготовления: 16.06.20
Количество штук: 22200
Испытания проведены по НД: ТУ ТУ ВУ 193208315.002-2019

Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Внешний вид	Пробирки из бесцветного стекла(боросиликатного или нейтрального стекла), круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений	Соответствуют
Геометрические параметры: диаметр Ø * высота h, мм	13±0,6 x 100±0,9 мм	13,4 x 99,8 мм
Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют

Заключение: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре плюс 2-30 С

Срок годности неограничен при условии соблюдения целостности упаковки

Заместитель директора по производству Позник А. А.

