

ООО "Альгимед Техно"

Адрес производства: 220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309,
тел. +375 29 893 14 44

Сайт: www.algimed-techno.com Почта: techno@algimed.com

Паспорт №	58
Наименование изделия:	Пробирки «AL-TUBE» для ЛАЛ-теста 13x100 мм
Номер серии:	222020
Дата изготовления:	18.11.20
Количество штук:	21600
Испытания проведены по НД: ТУ	ТУ ВУ 193208315.002-2019

Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Внешний вид	Пробирки из бесцветного стекла (боросиликатного или нейтрального стекла), круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений	Соответствуют
Геометрические параметры: диаметр Ø* высота h, мм	13±0,6 x 100±0,9 мм	13,4 x 99,8 мм
Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют

Заключение: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре плюс 2-30 °С

Срок годности неограничен при условии соблюдения целостности упаковки

Заместитель директора по производству

Позняк А. А.

