

ООО "Альгимед Техно"

Адрес производства: 220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22,  
тел. 202-43-01, факс 202-43-38

Сайт: [www.algimed.by](http://www.algimed.by) Почта: [techno@algimed.by](mailto:techno@algimed.by)

Паспорт № 16  
Наименование изделия:  
Пробирки «AL-TUBE» для ЛАЛ-теста 13x100 мм  
Номер серии: 161019  
Дата изготовления: 24.10.19  
Количество штук: 3300  
Испытания проведены по НД: ТУ ТУ ВУ 193208315.002-2019

Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Внешний вид	Пробирки из бесцветного стекла(боросиликатного или нейтрального стекла), круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений	Соответствуют
Геометрические параметры: диаметр Ø * высота h, мм	13±0,6 x 100±0,9 мм	13,6 x 99,8 мм
Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют

Заключение: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре плюс 2-30 С

Срок годности неограничен при условии соблюдения целостности упаковки

Заместитель директора по производству



Позняк А. А.