

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 012

Вода «AL-WATER» для ЛАЛ-теста  
Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.002-2019

Серия: 180820 Дата изготовления: 18.08.20  
Годеи до: 18.08.22

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл	Не более 0,005	Менее 0,005
Маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют требованиям ТУ

**Заключение:** продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.002-2019

Заместитель директора  
по производству



Позняк А.А.

Дата выдачи паспорта: 18.08.2020 г

**ООО «Альгимед Техно»**

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309

Тел. +375(29)893-14-44

Сайт: [www.algimed-techno.com](http://www.algimed-techno.com) Почта: [techno@algimed.com](mailto:techno@algimed.com)