

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 014

Вода «AL-WATER» для ЛАЛ-теста  
Сведения о НД: ТУ ВУ 193208315.002-2019

Серия: 150920 Дата изготовления: 15.09.20  
Годен до: 15.09.22

Наименование показателя	Нормативная величина	Результат анализа
Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл	Не более 0,005	Менее 0,005
Маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют требованиям ТУ

**Заключение:** продукт соответствует требованиям ТУ ВУ 193208315.002-2019

Заместитель директора  
по производству



Позняк А.А.

Дата выдачи паспорта: 15.09.2020 г

ООО «Альгимед Техно»  
220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22/1, ком. 309  
Тел. +375(29)893-14-44  
Сайт: [www.algimed-techno.com](http://www.algimed-techno.com) Почта: [techno@algimed.com](mailto:techno@algimed.com)