

ООО "Альгимед Техно"

Адрес производства: 220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22,
тел. 202-43-01, факс 202-43-38

Сайт: www.algimed.by Почта: techno@algimed.by

Паспорт №	17
	Наименование изделия:
	Пробирки «AL-TUBE» для ЛАЛ-теста 10x75 мм
Номер серии:	201019
Дата изготовления:	29.10.19
Количество штук:	2000
Испытания проведены по НД: ТУ	ТУ ВУ 193208315.002-2019

Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Внешний вид	Пробирки из бесцветного стекла(боросиликатного или нейтрального стекла), круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений	Соответствуют
Геометрические параметры: диаметр Ø * высота h, мм	10±0,6 x 75±0,9 мм	10,5 x 75,4 мм
Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл	Менее 0,005 ЕЭ/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют

Заключение: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре не выше 20°С

Срок годности неограничен при условии соблюдения целостности упаковки.

Заместитель директора по производству

