

ООО "Альгимед Техно"

Адрес производства: 220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22,
тел. 202-43-01, факс 202-43-38

Сайт: www.algimed.by Почта: techno@algimed.by

Паспорт № 26

Наименование изделия:
Пробирки «AL-TUBE» для ЛАЛ-теста 10x75 мм

Номер серии: 011219
Дата изготовления: 13.12.19
Количество штук: 16500
Испытания проведены по НД: ТУ ТУ ВУ 193208315.002-2019

| Наименование показателя | Нормативные характеристики | Результаты анализа |
|--|---|--------------------|
| Внешний вид | Пробирки из бесцветного стекла(боросиликатного или нейтрального стекла), круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений | Соответствуют |
| Геометрические параметры: диаметр Ø * высота h, мм | 10±0,6 x 75±0,9 мм | 10,5 x 75,4 мм |
| Содержание бактериальных эндотоксинов, ЕЭ/мл | Менее 0,005 ЕЭ/мл | Менее 0,005 ЕЭ/мл |
| Комплектность, маркировка, упаковка | Должны соответствовать требованиям ТУ | Соответствуют |

Заключение: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре плюс 2-30°С

Срок годности неограничен при условии соблюдения целостности упаковки

Заместитель директора по производству

