

ООО "Компания Альгимед"
220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22,
тел. 202-43-01, факс 202-43-02
Сайт: www.algimed.by Почта: mail@algimed.by

Паспорт № 7

Наименование изделия:
Пробирки для ДАД-теста "L-tube"

Номер серии: 070319

Дата изготовления: 29.03.19

Количество упаковок: 120

Испытания проведены по НД: ТУ ТУ ВУ 191218537.008-2018

Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Внешний вид	Пробирки из бесцветного стекла круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений	Соответствуют
Геометрические параметры: диаметр Ø * высота h, мм	10±0,6 x 75±0,9 мм	10,5 x 75,4 мм
Содержание бактериальных эндотоксина, ЕД/мл	Менее 0,005 ЕД/мл	Менее 0,005 ЕД/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют

Заключение: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C

Срок годности неограничен при условии соблюдения условий упаковки.

Инженер-химик



ООО "Компания Альгимед"
220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22,
тел. 202-43-01, факс 202-43-02
Сайт: www.algimed.by Почта: mail@algimed.by

Паспорт № 7

Наименование изделия:
Пробирки для ДАД-теста "L-tube"

Номер серии: 070319

Дата изготовления: 29.03.19

Количество упаковок: 120

Испытания проведены по НД: ТУ ТУ ВУ 191218537.008-2018

Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Внешний вид	Пробирки из бесцветного стекла круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений	Соответствуют
Геометрические параметры: диаметр Ø * высота h, мм	10±0,6 x 75±0,9 мм	10,5 x 75,4 мм
Содержание бактериальных эндотоксина, ЕД/мл	Менее 0,005 ЕД/мл	Менее 0,005 ЕД/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должны соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют

Заключение: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C

Срок годности неограничен при условии соблюдения условий упаковки.

Инженер-химик

