

ООО "Компания Альгимед"
220090 Республика Беларусь, г. Минск, Лодыжский тракт 22,
тел. 202-43-01, факс 202-43-02
Сайт: www.algimed.by Почта: mail@algimed.by

Паспорт № *21* Наименование изделия:
Пробирки для ЛАД-теста "L-tube"
Номер серии: 010119
Дата изготовления: 30.01.19
Комплекто упаковки: 92
Испытания проведены по НД: ТУ
ТУ ВУ 191218537.008-2018

Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Внешний вид	Пробирки из бесцветного стекла круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений	Соответствуют
Геометрические параметры: диаметр Ø * высота h, мм	10±0,6 x 75±0,9 мм	10,3 x 75,2 мм
Содержание бактериальных эндотоксигенов, ЕЗ/мл	Менее 0,005 ЕЗ/мл	Менее 0,005 ЕЗ/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должна соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют

Замечание: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C

Срок годности неограничен при условии соблюдения целостности упаковки

Инженер-химик



ООО "Компания Альгимед"
220090 Республика Беларусь, г. Минск, Лодыжский тракт 22,
тел. 202-43-01, факс 202-43-02
Сайт: www.algimed.by Почта: mail@algimed.by

Паспорт № *21* Наименование изделия:
Пробирки для ЛАД-теста "L-tube"
Номер серии: 010119
Дата изготовления: 30.01.19
Комплекто упаковки: 92
Испытания проведены по НД: ТУ
ТУ ВУ 191218537.008-2018

Наименование показателя	Нормативные характеристики	Результаты анализа
Внешний вид	Пробирки из бесцветного стекла круглодонные, без сколов, видимых царапин и механических включений	Соответствуют
Геометрические параметры: диаметр Ø * высота h, мм	10±0,6 x 75±0,9 мм	10,3 x 75,2 мм
Содержание бактериальных эндотоксигенов, ЕЗ/мл	Менее 0,005 ЕЗ/мл	Менее 0,005 ЕЗ/мл
Комплектность, маркировка, упаковка	Должна соответствовать требованиям ТУ	Соответствуют

Замечание: Удовлетворяют требованиям ТУ.

Хранение в упаковке изготовителя должно проводиться при температуре 2-30°C

Срок годности неограничен при условии соблюдения целостности упаковки

Инженер-химик

